



201045
Випробування

Випробувальна лабораторія
ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», Україна,
61023, м.Харків, вул. Весніна, б.5
Адреса місця розташування: Україна, 50000,
м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 35



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника
випробувальної лабораторії
ТОВ «АКАДЕМТЕСТ»



Тетяна ЄРМАКОВА

30 травня 2024 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 2024.456.КР.Х
від 30 травня 2024 р.

Салат Айсберг, розмір партії 60000 кг
(найменування продукції, її марка)

ТОВ «ФРЕШ ГАРДЕН », 09631, Київська обл., Фастівський р-н, смт.Глеваха,
вул. Вокзальна, буд.4В, офіс 404
(замовник)

Кривий Ріг 2024

Протокол випробувань № 2024.456.КР.Х від 30 травня 2024 р.

сторінка 1 всього сторінок 3

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.

Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ 7.8-01-2021

1 ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ:

1.1 Назва продукції: Салат Айсберг, розмір партії 60000 кг, врожай 2024 р.

1.2 Виробник: ТОВ «ФРЕШ ГАРДЕН», 09631, Київська обл., Фастівський р-н, смт.Глеваха, вул. Вокзальна, буд.4В, офіс 404

1.3 Підстава проведення випробувань:

Акт відбору зразків № 1 від 27.05.2024

Комісія у складі: директор Пасічник Р.С., в присутності агроном Антоненко Е.В.

Місце вивантаження продуктів: смт.Глеваха, вул. Вокзальна, буд.4В

Зразок продукції наданий до лабораторії 28.05.2024

Примітка пп 1.1-1.3 заповнені згідно супровідних документів.

2 МЕТА ВИПРОБУВАНЬ:

На відповідність вимогам ДСТУ 8107:2015 Салат свіжий. Технічні умови.

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті».

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ:

3.1 Стан зразку задовільний

4 ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

початок 28.05.2024

закінчення 30.05.2024

5 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: відповідають вимогам НД

6 ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ:

Найменування	Тип	Заводський (інвентарний) номер	Розширена невизначеність вимірювання, % Докази простежуваності
Ваги електронні	ТВЕ 1-0,01	Зав. № 18093	№ свідоцтво про калібрування СК-5667/22 від 03.12.2022р.; діапазон вимірювань від 0,2г до 1000 г, d=0,01; U= 7,0 мг
Гігрометр психрометричний зав.	ВИТ-2	Зав. № г1513	№ свідоцтво про калібрування СК-6722/22 від 19.12.2022р. вимірювання температури повітря діапазон від 15°C до 40°C, U=0,137°C відносної вологості від 20% до 90%
pH- метр - лабораторний	AZ86501	зав. №10123791	діапазон вимірювання активності іонів водню pH від 1 до 14од.pH;U=0,02 од. pH, свідоцтво про калібрування № СК-6634/22 від 13.12.2022р.

Протокол випробувань № 2024.456.КР.Х від 30 травня 2024 р.
сторінка 2 всього сторінок 3

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ 7.8-01-2021

Найменування	Тип	Заводський (інвентарний) номер	Розширена невизначеність вимірювання, % Докази простежуваності
Опромінювач хроматографічний	УФС 254/365	зав. № 531	-речовини, що флюоресціюють на довжині хвилі 365 нм, видно як кольорові плями на темному тлі; -речовини, що поглинають УФ-світло на довжині хвилі 254 нм, видно як темні плями на пластині ТШХ, що містить УФ-індикатор
Аналізатор вольтамперометричний	АВА-2	зав. № 318	№ свідоцтво про калібрування СК-6621/22 від 12.12.2022 р.; діапазон вимірювань від 5мкл/л до 500 мкл/л U = ± 15 %

7 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

Назва показників (характеристик), одиниця вимірювань	Значення показників (характеристик) за НД	Фактичне значення	Невизначеність	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Вміст токсичних елементів:				
Свинець, мг/кг	не більше 0,50	<0,005	10%	МВВ 37188889.001:2022 ДСТУ ГОСТ 31262:2009
Кадмій, мг/кг	не більше 0,03	<0,005	10%	МВВ 37188889.001:2022 ДСТУ ГОСТ 31262:2009
Миш'як, мг/кг	не більше 0,20	<0,007	20%	МВВ 37188889.010:2022
Ртуть, мг/кг	не більше 0,02	<0,01	21%	МВВ 37188889.010:2022
Вміст нітратів:				
Нітрати, мг NO ₃ /кг	не більше 2000	1210,0	—	ДСТУ 4948:2008
Вміст пестицидів:				
Бромофос, мг/кг	не більше 0,05	Не виявлено	—	УМО № 3222-85

Відповідальний за оформлення протоколу:

інженер-лаборант
(посада)

Олена ВОРОНЦОВА
(прізвище та ініціали)

Примітки.

1. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
2. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань дійсні тільки для випробуваних зразків.
4. Інформація про зразки зазначена відповідно до супровідної документації.

Протокол випробувань № 2024.456.КР.Х від 30 травня 2024 р.

сторінка 3 з всього сторінок 3

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.

Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ 7.8-01-2021